

“乳腺钼靶机维保”院内招标公告

根据工作需要，桂林市中医医院拟对设备科申请的“乳腺钼靶机维保”项目进行院内招标，欢迎符合条件的供应商前来报名，现将本次招标的有关事项公告如下：

1、项目编号：GLSZYYY202428（重）

2、项目名称：乳腺钼靶机维保

3、资金来源：事业收入

4、资质条件要求：①满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；②国内注册(依法在工商行政管理部门登记注册)，具备法人资格的供应商；③具备相关项目经营范围的单位。供应商须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规。

5、资格条件特别说明：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。②对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动。

6、报名时间：2024年6月24日-6月28日（上午8：00-12：00，下午15：00-18：00 双休日和法定节假日除外），逾期不接收报名。

7、会议时间：报名成功后即可准备参会文件，会议时间另行通知（报名商家应密切关注报名邮箱及保持报名电话畅通以便接收通知）。

8、报名方式：桂林市临桂路2号，桂林市中医医院1号楼7楼招标办公室（现场报名须提交报名资料电子版）或网上报名（邮箱：glzyyzbb2024@163.com），报名要求详见附件1。

（注：报名后如不能如期参会，请务必在会议前一天中午12点前发邮件至报名邮箱。否则视为不诚信供应商，列入医院黑名单。）

9、联系人及电话：谢老师 0773-2813444。

桂林市中医医院招标办公室

2024年6月24日

附件 1. 桂林市中医医院院内招标报名表

报名单位全称			
法定代表人			
公司详细地址:			
联系人:		联系方式:	
竞标项目（竞标商家必填）			
序号	参会项目名称	品牌型号	备注
1			
2			

报名指定邮箱：glzyyzbb2024@163.com；1. 请务必在邮箱主题栏上注明以下报名信息：[项目编号+项目名称（多项目时需注明对应报价表中的序号）+公司名称](#)；2. 报名表需发电子 word 文档，word 文档的文件名需注明：[项目编号+项目名称+公司名称](#)；3. **不注明相关报名信息、报名表为图片或 PDF 文档的均视为报名不成功。**

1. 参会商家把填写完整报名表（**word 文档**）、相关资质证明（**PDF 文档**）【三证合一营业执照复印件（盖鲜章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（盖鲜章，授权委托时须提供）、授权委托代理人身份证复印件、委托代理人社保证明（原件备查，授权委托时须提供），及供应商相关项目资质证明合成 **PDF 文档**】上传到指定邮箱，即完成商家参会报名手续。

2. 商家完成报名手续后即准备参会文件，参会文件包含（**以下内容很重要，请仔细阅读并按顺序装订成册**）：

①报价表；

②技术参数偏离表、配置列表、服务方案、产品彩页/说明书/项目效果图等；

③三证合一营业执照复印件（盖鲜章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（盖鲜章，授权委托时须提供）、由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为授权委托代理人交纳的近三个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）供应商相关项目资质证明；注：投标人成立不足 1 个月的，无须提供社保缴费证明加盖投标人公章。

④售后服务、联系人及电话等相关资料。参会资料要求印刷清晰、密封并加盖公司公章，正本 1 份，副本 6 份，正本需装订整齐成册要有封面(装订样式见附后)。

⑤参会人员要熟悉业务，能详细介绍项目内容等相关内容。

3. 所提交给医院的投标资料，恕不退回。所有报名参会的供应商若因故不能参会的，

请至少提前于会议时间前一天邮件告知我院招标采购办公室，报名却无故不参会者，视为不诚信供应商，一年内不准参与我院任何的招标采购会议。备注：参会文件所提供的证照及相关证明材料必须真实有效，一经发现造假，将取消本次参会资格并追究相关法律责任。参会文件正本所有证照复印件需加盖公章。

参会资料装订样式：正本副本需装订成册、封面样式如下。

正本/副本
<h1>响应文件</h1>
项目名称： _____ 项目编号： _____ 供应商名称： _____ 供应商联系人及联系方式： _____

附件 2. 项目报价表

供应商 (盖章)：		
联系人：		
服务名称	报价：	备注
本项目报价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备提交的资料等费用）包装、运输、装卸、安装、调试技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务利润以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试、计量检测、接入医院信息系统，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。按国家有关产品三包规定执行“三包”政策，质保期内故障时间顺延保修期。		

附件 3：采购需求

项目名称	采购需求	预算金额
<p>乳腺钼靶机维保</p>	<p>一、合同范围和条件</p> <p>1、保修设备内容： GE SenoEssential E 数字化乳腺钼靶机维保：GE SenoEssential E, 系统号：82403180023, 乳腺机全保 1 年（含球管及平板探测器，其余零配件及相关软件均在保修范围内）。</p> <p>2、提供远程诊断系统服务以满足科室远程阅片的相应要求, 并自行负责安装、调试, 交付科室使用。</p> <p>3、投标人或授权投标人的厂商所更换的零备件必须为原厂认证/测试合格原厂原装备件, 满足设备运行要求, 不会给设备带来危害且备件来源合法。投标人需提供相关文件（提供备件质量声明函并加盖原厂公章）。</p> <p>4、投标人或授权投标人的厂商须具备客户服务专线电话, 全年 365 天开通并有专人接听, 每天开通服务时间不少于 12 小时, 保证全天候开通联系。投标人需提供相关文件。</p> <p>5、投标人或授权投标人的厂商须配备维修工程师≥5 名, 须具备相应的资质证明（提供相关证明文件）, 并提供工程师的姓名及联系方式供核实。</p> <p>6、投标人须承诺有能力提供合法来源球管。承诺保修期内所提供 SENO ESS 的球管与主机原配套球管型号一致（球管型号：5492153）, 为设备制造商原厂的全新球管, 完全符合原厂设计参数, 不得有参数的偏移。7、球管及其他配件必须符合国家要求及市场监督管理局等相关部门关于医疗器械相关规定。所有更换的配件如不符合国家相关要求及市场监督管理局相关部门的要求, 由此造成的安全事故、处罚等一切责任由供应商全部承担, 同时保留进一步追究法律责任的权利。</p> <p>8、服务期内, 每年提供设备定期保养不少于 4 次, 定期保养后并提供符合原厂技术要求的一份书面保养报告送设备管理部门备案。设备定期保养包含但不限于如下项目: 设备清洁、系统性能测试及校准、必要的电气环境检测等。</p> <p>9、服务要求: 不少于 4 次定期校准和保养, 定期更换易损耗件, 并提供中英文书面保养报告及整机质量评估报告（一式两份）。故障无限次快速处理。维保期内根据院方需求免费移机安装一次。保证免费更换原装球管≥1 次。</p> <p>10、保修期内确保本设备的开机率≥95%（按全年 365 天计算）; 若设备开机率低于 95%, 每超一天, 顺延保修期两天, 若设备开机率低于 90%, 每超过一天, 延保修两天, 并扣除投标人合同总价不少于 3000 元赔偿给采购人。</p> <p>11、在服务期限内每年为医院免费提供至少 2 人次外出技能培训学习。</p> <p>二、服务期限</p> <p>1、本合同服务期为壹年。</p>	<p>30.0 万</p>

附件 4:

供应商:

响应产品品牌/型号:

项目	医院设备需求 (条目式)	参加招标参数	偏离情况 (无偏离/正偏离/ 负偏离)	其他
项目采 购需求	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			